

病歷號碼：
姓名：
出生年月日：
 床號：

羅東聖母醫院

全民健康保險對象使用健保給付特材說明書暨同意書

部份差額 全額自付

您好，此份說明書是有關您即將使用自費特材的書面說明。我們希望您能充份瞭解資料內容，所以請您仔細閱讀；如果經醫師說明後您仍有疑問，請在簽名前再與醫師充分討論，醫師很樂意為您解答，感謝您的配合。

特材名稱：

柯特曼霍金斯引流閥系統-霍金斯可調式引流閥

院內衛材代碼：362984

品項代碼：CDVPB18SPGCM

許可證字號：衛部醫器輸字第 012548 號

健保給付上限：7127

民眾自付金額：60373

自付總金額：67500 數量：

產品特性：可使用外部程式設定器啟動活門座內的步進馬達進行非侵入性的調整。



使用原因：

可調式引流閥內含一活門裝置，活門中彈簧的壓力可使用外部程式設定器啟動活門座內的步進馬達進行非侵入性的壓力調整，程式設定器會將加碼的磁性信號傳送至馬達造成 18 段的壓力設定，範圍由 30mmH₂O 到 200mmH₂O，每段增加 10mmH₂O，引流閥是依其在特定流速下的有效壓力分級，而不是依據開及關的壓力分類，引流閥在特定流速可承受之壓力可視為反射其植入後有效壓力的參數，可在病情有變化時不需再次開刀即可調整引流閥之壓力。

備註：全民健康保險保險醫事服務機構收取自費特材費用規範六、交付自費品項費用及產品特性使用原因(含不符健康給付規定之原因)、應注意事項、副作用，與健保給付品項之療效比較說明書與保險對象及家屬。

應注意事項：

使用核磁共振造影(MRI)不會造成引流閥損壞，但可能改變引流閥的操作壓力，在任何 MRI 檢查之後，務必確認引流閥壓力設定，並進行校正。

由微波爐、無線電話、高壓電線、電動馬達、變壓器等產生的磁場不會影響引流閥壓力準確。

副作用：因固定裝置存在而有不舒服或異常感覺。

健保給付品項療效比較說明：

健保給付之引流管為定壓管，在病情有變化時若需要調整，需要重新開刀取出不適當壓力之引流管並更換適當的壓力的引流管，本產品可由體外作非侵入式之調整

立同意書人：

(簽章)

與病人關係：

立同意書人身分證號：

電話：

立同意書人住址：

告知醫師：

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

099-2