

✚ 氣墊床使用之目的：

減少或分散皮膚所承受之壓力，預防壓瘡產生。

✚ 氣墊床使用之對象：

1. 無法自行翻身，長期臥床之患者。
2. 行動不便，曾有壓瘡產生之患者。

✚ 氣墊床之構造(圖 A):氣墊(條管狀)、幫浦。

✚ 氣墊床使用之方法：

1. 將氣墊有連接管的一邊朝床尾放置，平鋪於床上，以利連接幫浦。
2. 氣墊四周邊含有固定帶，請將其黏扣住床墊，避免滑動，氣墊尾端多餘的墊子可摺入床墊之下避免滑落。
3. 將氣墊之連接管確實插好於幫浦的出氣口，檢查氣墊與幫浦之間連接管沒有摺到或扭曲。(圖 B)
4. 將幫浦電源插頭插入 110V 之插座，打開"開關" (ON)。
5. 將壓力開關調整至合適之壓力，開始充氣 (壓力大小依個案體重來調整，請參閱說明書)。
6. 待充氣完畢即可使用。
7. 若氣墊使用完畢需消氣，只需關掉幫浦電源，將氣墊連接管自幫浦出氣口拔開即可，待消氣完畢，氣墊從頭捲曲或摺疊收納。

✚ 氣墊床使用之注意事項：

1. 鋪上氣墊前先檢查床面，不可有任何尖銳物品以防刺破氣墊。

2. 幫浦可置於床尾或掛於不會掉落的地方，勿靠近病人頭部，勿置於床上或壓在其他物品下。
3. 切勿舖電毯於氣墊上。
4. 重物及尖銳物品請勿置於氣墊上，以免氣墊破損。

✚ 常見氣墊床異常之原因及處理方式：

1. 幫浦本身異常，無法完全充氣；
2. 氣墊條管破損，有漏氣情形。
3. 管路未確實連接或管路摺到或扭曲，導致無法充氣。
4. 電源未開。
5. 幫浦異常可送至醫療器材行維修，氣墊條管可單管購買更換。

✚ 氣墊床之清潔方式：

以稀釋後之漂白水(1：100)或沙威隆(4 公升水+8 瓶蓋)擦拭。

